

N. Réf. : CODEP-CHA-2011-024493

Châlons-en-Champagne, le 26 avril 2011

SARL C.E.D.I.
Le Moulin de Rigauville
80160 NAMPTY

Objet : Détection de plomb dans les peintures – Inspection de la radioprotection
Inspection n°INSNP-CHA-2011-0328

Réf. : Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n°2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique

Monsieur,

Dans le cadre de la surveillance des activités nucléaires prévue par la Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire et notamment son article 4, un représentant de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a réalisé, le 22 avril 2011, une inspection de la radioprotection dans le cadre des activités de détection de plomb dans les peintures exercées par votre établissement.

Cette inspection avait pour objectif d'effectuer une évaluation de la prise en compte de la réglementation relative à la radioprotection concernant la détention et l'utilisation de l'appareil de détection de plomb dans les peintures.

Je vous prie de trouver les demandes d'actions correctives et observations en annexe du présent courrier. **Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant l'ensemble de ces points, dans un délai qui n'excédera pas 2 mois.**

Enfin, conformément au devoir d'information du public fixé par la Loi du 13 juin 2006 précitée, je vous informe que le présent courrier sera également mis en ligne sur le site internet de l'ASN (www.asn.fr).

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Président de l'ASN et par délégation,
L'adjoint au chef de Division

Signé par

Benoît ROUGET

A/ DEMANDES D'ACTION CORRECTIVES

Contrôle technique externe de radioprotection

Tel que défini dans la décision citée en référence, vous devez faire réaliser annuellement un contrôle technique de radioprotection de la source par l'IRSN ou un organisme agréé. Vous avez fait réaliser ce contrôle pour la dernière fois en 2009. La fréquence définie dans le texte précité n'est pas respectée.

- A1. L'ASN vous demande de faire réaliser un contrôle technique externe de radioprotection de la source de façon annuelle conformément au texte précité. Vous transmettez à l'ASN une copie du rapport qui sera établi pour l'année 2011.

B/ DEMANDES DE COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

Sans objet

C/ OBSERVATIONS

C1. Renouvellement d'autorisation et formation PCR

L'autorisation qui vous a été délivrée par l'ASN arrive à échéance en mars 2012. De même, votre qualification PCR prend fin en avril 2012. Dans le cadre de votre demande de renouvellement d'autorisation ASN qu'il y aura lieu de transmettre à mes services avant fin 2011, vous veillerez à préciser les dispositions retenues pour renouveler votre formation PCR.